

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ
nr. 18/02727 din 22.06.2018

Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Utilaj medical în cadrul proiectului KUSANONE
Cod CPV: 33100000-1

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice
Nr.: 49 din 22.06.2018.

În scopul achiziționării "Utilaj medical în cadrul proiectului KUSANONE"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Alte surse

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Unitate de electrochirurgie cu sistem de evacuare a fumului			
1.1	33100000-1	Unitate de electrochirurgie cu sistem de evacuare a fumului	Bucată	3.00	Denumire: Unitate de electrochirurgie cu sistem de evacuare a fumului Descriere: Dispozitiv utilizat în operații ginecologice pentru tăiere și coagulare cu ajutorul curentilor de frecvență înaltă dotat cu sistem de evacuare a fumului Caracteristică generală a sistemului de electrocoagulare. Carcasă: Anticorozivă Carcasă: Rezistentă la dezinfectanți și raze UVc Canale de ieșire: Monopolar și bipolar separate Canale de ieșire: Electrode neutru Conector pentru pedală de picior: Da Conector pentru conexiunea la pământ: Da Sistem de autotestare la start: Da Indicatoare: Sonore și vizuale Ecran de vizualizare a energiei selectate: Da Butoane selectare energie: Da Selectarea energiei prin incrementare: Da Sistem de monitorizare a electrodului neutru: Da Caracteristici tehnice a sistemului de electrocoagulare. Frecvența de lucru: Minim 350 kHz Putere maximă de tăiere, monopolar: Minim 100 W Putere maximă de coagulare, monopolar: Minim 80 W Putere maximă de coagulare, bipolar: Minim 80 W Regimuri de lucru preselectate Minim: 10 incluse Tipuri de regimuri necesare: Blend, strong, soft spray

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	33100000-1	Unitate de electrochirurgie cu sistem de evacuare a fumului	Bucată	3.00	<p>Alarmer</p> <p>Lipsă legătură la pământ: Da</p> <p>Electrod neutru defect: Da</p> <p>Defecțiune sistem: Da</p> <p>Caracteristica generală a sistemului de evacuare a fumului.</p> <p>Carcasă: Anticorozivă</p> <p>Carcasă: Rezistentă la dezinfecțanți chimici</p> <p>Indicatori: Starea de uzură a filtrului</p> <p>Indicatori: Fluxul de aspirare</p> <p>Conector: Conexiune pentru pedală</p> <p>Furtun de evacuare: Cu conexiune la valva vaginală</p> <p>Sincronizare cu electrocoagulatorul: Da</p> <p>Modul de pornire: De la pedală</p> <p>Caracteristici de aspirare a sistemului de evacuare a fumului</p> <p>Fluxul maxim de aspirare: Minim 700 l/min</p> <p>Posibilitate de modificare a fluxului de aspirare: Da</p> <p>Durata de viață a filtrului: Minim 35 ore</p> <p>Eficacitatea filtrului: Minim 99,99 %</p> <p>Nivelul de zgomot: Maxim 55 dB</p> <p>Troleu</p> <p>Suport pentru sistemul de electrocoagulare: Da</p> <p>Suport pentru aspiratorul de fum: Da</p> <p>Coș pentru accesorii și consumabile: 1 buc</p> <p>Suport pentru pedale: Da</p> <p>Amplasat pe roți: Minim 4</p> <p>Frîne: Minim 2 roți</p> <p>Sursă de alimentare</p> <p>Tensiune de alimentare: 220 V, 50 Hz</p> <p>Cablu de alimentare: Tip Schuko</p> <p>Accesorii</p> <p>Troleu: 1 buc</p> <p>Mîner pentru electrod activ monopolar, reutilizabil: Cu butoane tăiere și coagulare, compatibil cu electrozii activi</p> <p>Mîner pentru electrozi activi monopolari reutilizabili: 5 buc</p> <p>Electrod activ tip bilă, reutilizabil de 3 mm 5 buc</p> <p>Electrod activ tip bilă, reutilizabil de 5 mm 5 buc</p> <p>Electrod activ tip LLETZ Loop, reutilizabil, dimensiuni 10 mm x 5 mm 5 buc</p> <p>Electrod activ tip LLETZ Loop, reutilizabil, dimensiuni 10 mm x 10 mm 5 buc</p> <p>Electrod activ tip LLETZ Loop, reutilizabil, dimensiuni 13 mm x 13 mm 5 buc</p> <p>Electrod activ tip LLETZ Loop, reutilizabil, dimensiuni 15 mm x 15</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	33100000-1	Unitate de electrochirurgie cu sistem de evacuare a fumului	Bucată	3.00	mm 5 buc Electrode neutru, reutilizabil 2 buc Cablu de interconectare electrode neutru reutilizabil 2 buc Pedală pentru picior cu 2 butoane pentru electrocoagulator 1 buc Filtru pentru aspirator 30 buc Furtun de evacuare a gazului de unică utilizare cu conexiune la valva vaginală 3000 buc Pedală pentru aspiratorul de fum. 1 buc Garanție: Minim 4 ani Logistică Manuale de utilizare: Da, în limba română sau rusă Manual de service: Da Transportare la locul necesar: Da Instalare: Da Testare: Da Training pentru utilizatori și personal tehnic: Da
2		Fotoliu pentru examinare ginecologică cu scaun pentru doctor			
2.1	33100000-1	Fotoliu pentru examinare ginecologică cu scaun pentru doctor	Bucată	3.00	Denumire: Fotoliu pentru examinare ginecologică cu scaun pentru doctor Descriere Dispozitiv utilizat pentru suportul pacienților în timpul examinărilor și intervențiilor ginecologice Parametru Cerință Caracteristică generală Material carcasă Oțel inoxidabil Material cuvă Oțel inoxidabil Tip pacient Adult Material saltea Rezistent la dezinfectanți chimici Material saltea Non toxic Material saltea Ignifug Grosime saltea Minim 5 cm Culoare saltele Culori închise Număr de secțiuni ≥ 2 Amplasare Pe suport cu roți Număr de roți Minim 4 Frâne Minim 2 roți Capacitate de încărcare Minim 190 kg Suport pentru mâini Da Suport pentru picioare: Da Manipulări ale pozițiilor fotoliului Mod de acționare a fotoliului: Electro-mecanic Modificarea pozițiilor: Prin pedală sau telecomandă Modificare a înălțimii: Da, 65 - 90 cm Trendelenburg: Da Spetează ajustabilă: Da Suport pentru picioare: Ajustabile, cu reglare a unghiului de amplasare Mecanism de fixare a suportului pentru picioare: Din oțel inoxidabil Tensiune de alimentare: Tip cablu de alimentare Schuko Tensiune de alimentare a stației:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	33100000-1	Fotoliu pentru examinare ginecologică cu scaun pentru doctor	Bucată	3.00	220 V, 50 Hz Accesorii Cuvă pentru deșeurile lichide: Da Suport pentru cuvă: Retractable Pedală sau telecomandă 1 buc Scaun pentru doctor Amplasat pe roți: Minim 4 Înălțime ajustabilă: Da Rotire Posibilitate de rotire: 360° Spetează: Da Material acoperire: Rezistent la dezinfectanți chimici Material carcasă: Anticoroziv Culoare material de acoperire: Culori închise Garanție: Minim 4 ani Logistică Manuale de utilizare: Da, în limba română sau rusă Manual de service: Da Transportare la locul necesar: Da Instalare: Da Testare: Da Training pentru utilizatori și personal tehnic: Da
3		Troleu pentru instrumente			
3.1	33100000-1	Troleu pentru instrumente	Bucată	6.00	Denumire: Troleu pentru instrumente Descriere Dispozitiv: utilizat pentru suportul instrumentelor ginecologice în timpul intervențiilor Caracteristică generală. Material: Oțel inoxidabil Număr de nivele: 2 Amplasat pe roți: Da Dimensiuni roți: Minim 70 mm Frâne: Minim 2 roți Dimensiuni aproximative: Lungime 600 mm Lățime: 400 mm Înălțime: 800 mm Sertar: Da Garanție: Minim 2 ani Logistică Transportare la locul necesar: Da Instalare: Da
4		Colposcop cu sistem video încorporat			
4.1	33100000-1	Colposcop cu sistem video încorporat	Bucată	3.00	Denumire: Colposcop cu sistem video încorporat Descriere: Sistem optic special care permite efectuarea diagnosticului și tratamentului patologiilor de vagin sau col uterin și permite captarea de imagini cu o cameră video încorporată Caracteristică generală. Tip suprafață: Anticorozivă Amplasare: Pe suport cu roți Număr de roți: Minim 4 Frâne: Minim 2 roți Înălțime reglabilă: Da Tip brațe: Articulate Tip brațe: Autobalansate și autocompensate Axe de libertate: Minim 4 axe Mîner pentru înclinarea tubului

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.1	33100000-1	Colposcop cu sistem video încorporat	Bucată	3.00	binocular: Da Înclinare necesară: 45° Sistem optic: Tip ocular: Binocular Distanță interpupilară: Ajustabilă Amplificare ocular: Minim 10x Număr de câmp a ocularului: Minimum 22 Tip oculare: Cu ajustare dioptrică Compensare ametropie: De la +5 la -5 Magnificare totală În trepte sau continuu, minim 5 trepte Limita superioară de magnificare la distanța focală de 300 mm: Minimum 18x Intervalul diametrului câmpului de vedere pentru intervalul de magnificare de la 1x -18x: Minimum 66 – 10,5 mm Tip lentile: Acromatice Distanța focală: ≥ 300 mm Buton rotativ de ajustare fină a focusării: Da Sursa de lumină Iluminare: Halogen sau LED Filtru verde: Da Intensitatea luminii: Reglabilă continuă Sistem video Camera digitală: Da Calitate imagine furnizată: Minim Full HD Adaptor pentru instalarea camerei: Da Tip focusare: Automat Porturi ale camerei pentru furnizarea imaginii HDMI, USB sau coaxial Posibilitate de conectare la calculator: Da Posibilitate de conectare la monitor separat: Da Bloc de alimentare a camerei video: Da Monitor de vizualizare a imaginilor Stativ special pentru monitor: Da Calitate imaginii vizualizate: Minim Full HD Diagonală monitor: Minim 19 inch Sursă de alimentare Tip cabluri de alimentare: Schuko Tensiune de alimentare a stațiilor 220 V, 50 Hz UPS: Autonomie minimă 30 min, incluzând alimentarea calculatorului Calculator pentru stocarea și vizualizarea imaginilor Tip calculator: Staționar Calculator Compatibil cu colposcopul și sistemul video Parametri Conform cerințelor minime de la producătorul colposcopului Sistem de operare: Licențiat Antivirus: Licențiat

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
4.1	33100000-1	Colposcop cu sistem video încorporat	Bucată	3.00	<p>Ecran: Diagonală minimă 21,5 inch</p> <p>Limba sistemului de operare: Limba română</p> <p>Limbă tastatură: Engleză și rusă</p> <p>Memoria: Minim 500 GB</p> <p>Soft specializat de stocare a imaginilor</p> <p>Compatibil cu sistemul colposcopic: Da</p> <p>Posibilități de operare Stocare, vizualizare, prelucrare.</p> <p>Înregistrare date despre pacienți ID, virsta</p> <p>Licență: Nelmitat</p> <p>Posibilitate de manipulare a imaginilor: Posibilitate de export în diferite formate: jpg, bmp</p> <p>Posibilitate de generare a raportului</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu HDMI Da, ≥ 4 m</p> <p>Bec halogen sau LED pentru sursa de lumină 1 buc</p> <p>Husă de protecție, reutilizabilă 1 buc</p> <p>Set șervețele umed și uscat pentru curățirea lentilelor 300 seturi</p> <p>Prelungitor de protecție: Lungime minimă 3 m, minim 5 prize, curent minim 10 A</p> <p>Garanție cu lucrări de mentenanță periodică: Minim 5 ani</p> <p>Logistică</p> <p>Manuale de utilizare: Da, în limba română sau rusă</p> <p>Manual de service: Da, engleză</p> <p>Transportare la locul necesar: Da</p> <p>Instalare: Da</p> <p>Testare: Da</p> <p>Training pentru utilizatori: Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, mod de utilizare a softului, întreținerea zilnică</p> <p>Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces.</p>

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

în decurs de 45 zile după aprobarea ds la AAP

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Formularul ofertei	original – formularul F3.1, confirmat prin aplicarea	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		semnăturii și ștampilei Participantului (conform IPO);	
6	Garanția pentru ofertă	formularul F3.2 (conform IPO) sau ordin de plată;	Da
7	Formularul informativ despre ofertant	original – formularul F3.3, confirmata prin semnătura și ștampila Participantului (conform IPO);	Da
8	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici periculoase și de corupere	original – formularul F3.4 confirmat prin semnătura și ștampila Participantului (conform IPO);	Da
9	Declarația privind situația personală a operatorului economic	original – formularul F3.5 confirmat prin semnătura și ștampila Participantului (conform IPO);	Da
10	Specificații tehnice	formularul F4.1 – original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului (conform IPO);	Da
11	Specificații de preț	formularul F4.2 - original – confirmat prin semnătura și ștampila Participantului (conform IPO);	Da
12	Certificat /Decizie de înregistrare a întreprinderii	copie – emis de Camera Înregistrării de Stat , confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
13	Certificat de atribuire a contului bancar	copia originalului eliberat de banca deținătoare de cont – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
14	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
15	Ultimul raport financiar, 2017	copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; (înregistrat în modul corespunzător)	Da
16	Lista fondatorilor operatorilor economici	(nume, prenumele, codul personal);	Da
17	Certificatul ISO 13485	copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
18	Certificatul C E	copie - confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
19	Broșuri/catalog/ sau altă descriere data de producător pentru bunurilor oferite, inclusiv imagine	La ofertă, ofertantul va anexa broșuri/catalog sau altă descriere data de broducător pentru bunurilor oferite, inclusiv imagine	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI**

Adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

Tel.: **022-55-96-46** , Fax: **022 55 96 46** , E-mail: **centrumamei@gmail.com**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CEBUC CORINA, șes Serviciu AP**

Setul de documente poate fi primit la adresa: str.Burebista 93.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **10.07.2018 11:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 60 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participantilor la licitație

la: **10.07.2018 11:00**

pe adresa: **Republica Moldova, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, str. Burebista 93**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: REVENCO NINEL _____